



1 Dosis
a partir de 12 años



Viales	2,25 ml
Vía	I.M en deltoides
Dosis	0,3 ml
Edad	> 12 años



-90°/-60°	18 meses
2°/8°	10 semanas
Tª ambiente 8°/30°	12 horas **
Vial perforado 2°/30°	12 horas

SEGURIDAD DEL
PACIENTE Y VACUNAS



los 5+2	correctos
Paciente	correcto
Vacuna	correcta
Intervalo	correcto
Dosis	correcta
Vía	correcta
Lugar anatómico	correcto
Documentación	correcta

1 REGISTRAR
Cartilla vacunal
Diraya



2 VACUNAR



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE VACUNAS COVID-19 COMIRNATY® LP.8.1 - 30
MICROGRAMOS/DOSIS (PFIZER - BIONTECH)

1



Viales multidosis *
Cada vial tiene un volumen
de 2,25 ml para extraer 6
dosis de 0,3 ml
SIN DILUIR

2




Atemperar el vial fuera del frigorífico.
Mezclar suavemente los viales
inviertiéndolos 10 veces antes de su uso.
NO AGITAR

3



La vacuna debe tener el aspecto de una emulsión
blanca y homogénea. No utilice la vacuna si
presenta partículas visibles o un cambio de color

4



Desinfectar el tapón del vial con
alcohol de 70° o clorhexidina 2%
y dejar secar

5



Extraer 6 jeringas
de 0,3ml
SIN DILUIR

6



Anotar la hora de la apertura del
vial. Administrar vía intramuscular,
con aguja 23G

i



*Si después de extraer las 6 dosis del vial, se pueden extraer dosis adicionales de 0,3 ml, emplearlas todas.

** En caso de una desviación temporal de la temperatura, el vial se puede conservar durante un máximo de 24 horas a temperaturas de entre 8 °C y 30 °C, incluidas hasta 12 horas después de la primera punción.

Permite transporte de hasta 6 horas, evitando sacudidas y vibraciones.
Idealmente, se deben usar en el sitio donde se preparen.

Muy recomendable el empleo de jeringas de bajo espacio muerto para extraer las dosis.

Se recomienda usar la misma aguja para extraer y administrar cada dosis.

Si se cambia de aguja para la inyección, introducir pequeña cantidad de aire antes de retirar la primera aguja para evitar pérdidas de producto por cambio de aguja.

Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.